

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Châu, ngày 23 tháng 4 năm 2024

KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
SAU KHI KIỂM TRA TẠI KHOA XN-CDHA

Ngày 23/4/2024 Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 127/QĐ-TTYT ngày 15/4/2024, tiến hành kiểm tra, làm việc với Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh. Sau khi tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên đoàn kiểm tra và các kiến nghị, đề xuất của tập thể cán bộ viên chức Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh; Đồng chí Đặng Tân Minh, Giám đốc, Trưởng đoàn kiểm tra có kết luận một số nội dung sau đây:

1. Về cơ sở vật chất:

- Biên bản:
 - + Các biên bản tên khoa, biên bản tại các phòng, các quy trình, hướng dẫn để bệnh nhân nhận biết. Giao đ/c Đức (Phòng TCHC) tham mưu, cán bộ khoa cung cấp nội dung biên bản.
 - + Cắt tường để thông 02 phòng để lắp đặt máy siêu âm.
- Khoa sắp xếp toàn bộ máy móc, trang thiết bị liên hoàn, gọn gàng, hợp lý, đưa hóa chất xuống dưới bàn làm việc. Giao đ/c Mạnh làm gọn hệ thống dây điện.
- Bàn hành chính lắp mặt kính: Giao đ/c Đức phụ trách.
- Bố trí các ô lấy máu hợp lý, khoa học, thuận tiện cho bệnh nhân.
- Bố trí ghế Inox cho cán bộ ngồi làm việc trong phòng xét nghiệm: Giao đ/c Đức khảo sát mua sắm.
- Khảo sát xây thêm nhà vệ sinh cho bệnh nhân sẽ xem xét sau khi hoàn thành khu nhà mới đang xây dựng.
- Thiết kế màn hình gọi tên cho tất cả các phòng làm kỹ thuật của khoa: Giao cho đ/c Mạnh phụ trách.
- Tham khảo giá, mua mới máy Xét nghiệm nước tiểu: Giao Ds Linh phụ trách.

2. Công tác Tổ chức cán bộ:

- Giao trưởng khoa phân công công việc hợp lý, tăng cường kiểm tra chất lượng bao gồm đọc điện tim, siêu âm, Xquang và kiểm tra 5S.
- Đưa máy xét nghiệm miễn dịch đi vào hoạt động:
- + ĐC Linh – Khoa Dược chịu trách nhiệm mua sắm test.

+ ĐC Khánh khẩn trương xem các máy mới như máy sinh hóa, máy huyết học để phát triển thêm được các dịch vụ kỹ thuật mới.

- Sau khi CN Mơ hết chế độ thai sản đi làm, cử CN Mai đi học thêm Vi sinh.

- Máy HbA1C: Liên hệ bên cung ứng kiểm tra, sửa chữa: Giao Ds Linh phụ trách.

- Máy siêu âm 2D: Ds Linh liên hệ sửa chữa.

3. Khắc phục các tồn tại về chất lượng bệnh viện:

- Xây dựng hồ sơ an toàn sinh học: Giao Bs Khánh hoàn thiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định.

- An toàn bức xạ:

+ Khoa cử 01 người phụ trách theo dõi, bám sát hồ sơ an toàn bức xạ.

+ Kế toán trưởng tham mưu đảm bảo phòng an toàn bức xạ.

+ Giao ĐC Linh phụ trách mua liều kế (2 cái).

+ Đưa máy miễn dịch đi vào hoạt động.

- Xây dựng các tiêu chí về Chất lượng xét nghiệm theo Quyết định 2429/QĐ-BYT: Giao Bs Khánh triển khai, tham mưu triển khai nội kiểm, ngoại kiểm; xây dựng hồ sơ.

- Toàn bộ các máy mới nhận phải có Quyết định và phân công cán bộ phụ trách, vận hành. Hồ sơ máy, quy trình vận hành máy phải cập trong hồ sơ từng máy, giao Bs Hải tham mưu ra quyết định.

- Đồng ý mua sắm 2 Cassette cho phòng chụp Xquang, giao Ds Linh chịu trách nhiệm mua sắm.

Trên đây là nội dung kết luận của đoàn Kiểm tra chất lượng làm việc tại Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh.

THƯ KÝ



Lương Thị Loan



Đặng Tân Minh
GIÁM ĐỐC TTYT